



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 490/2024 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 19 de agosto de 2024.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 534/2024

Senhor Presidente,
Nobre Vereador,

Em resposta ao Requerimento nº 534/2024, de autoria do Nobre Vereador Edison Carlos Bortolucci Júnior, aprovado por esse Egrégio Plenário na 26ª Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de julho de 2024, informamos:

- 1 -
- a) São 16.
 - b) Unidades de saúde e serviço de 192.
 - c) Manutenção preventiva e calibração realizadas periodicamente por empresa especializada.
 - d) São realizados treinamentos periodicamente que abordam, inclusive, a utilização do DEA.
 - e) Sim, 16 ocorrências.

- 2 -
- a) São duas ambulâncias de APH. O equipamento DEA permanece na base sendo direcionado conforme triagem.
 - b) Sim, são realizados treinamentos.
 - c) Tempo médio de 13 minutos.

3 - De forma geral, os equipamentos de emergência são continuamente repostos e adquiridos. Especificamente no tocante ao DEA não há intenção de aquisição no momento, sem prejuízo de eventuais remanejamentos de equipamentos dentre unidades, se for o caso.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOEL CARDOSO
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
PAULO CÉSAR MONARO
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP

**CÂMARA MUNICIPAL DE
S. BÁRBARA DOESTE**

**PROTOCOLO
05289/2024**

**DATA: 19/08/2024
HORA: 16:46**



Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 534/2024
Autoria: Secretário Municipal de Governo
Assunto: Requer informações sobre o funcionamento do DEA desfibrilador automático externo) e sobre o setor
Chave: B0D00