



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 582/2025 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 22 de dezembro de 2025.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 684/2025

Senhor Presidente,
Nobre Vereador,

Em resposta ao Requerimento nº 684/2025, de autoria do Nobre Vereador Celso Ávila, aprovado por esse Egrégio Plenário na 44ª Reunião Ordinária, realizada no dia 02 de dezembro de 2025, informamos:

1. São padronizadas no município as agulhas para uso em canetas de 4mm, seringas de 1ml com agulhas acopladas 12,7 x 0,33mm e seringas de 0,5ml com agulhas acopladas 8x 0,3mm.
2. O critério técnico utilizado para padronização dos tamanhos, calibres e modelos foi a eficiência no uso, levando em consideração diferentes perfis de pacientes como crianças, adultos, idosos, pacientes com IMC elevado, etc.
3. As agulhas fornecidas atualmente são seguras e eficazes, sendo importante o uso da técnica correta (fazer prega cutânea). Devido a estudos recentes que demonstram que o uso de agulhas curtas são igualmente eficazes, o município vem realizando estudos para aquisição de novos tamanhos.
4. Sim, a escolha do tamanho ideal da agulha é feita em conjunto com profissional da saúde que avalia o perfil do paciente e orienta a técnica correta para aplicação.
5. As reclamações pontuais são acolhidas e trabalhadas individualmente.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOEL CARDOSO
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP

**CÂMARA MUNICIPAL DE
S. BÁRBARA DOESTE**

00035/2026

DATA: 05/01/2026
HORA: 15:06

Resposta N° 1 ao Requerimento N° 684/2025
Autoria: Secretário Municipal de Governo
Assunto: Requer informações sobre a
espessura das agulhas descartáveis
destinadas aos pacientes que utilizam
Chave: 81182

