



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 342/2026 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 06 de julho de 2026.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 345/2026

Senhor Presidente,
Nobre Vereadora,

Em resposta ao Requerimento nº 345/2026, de autoria da Nobre Vereadora Esther Moraes, aprovado por esse Egrégio Plenário na 22ª Reunião Ordinária, realizada no dia 16 de junho de 2026, informamos:

1. Está inoperante no momento. No entanto, os pacientes são direcionados ao Hospital Santa Bárbara (defronte ao P.S. Dr. Edison Mano), onde são realizados os exames de Raio X.

2. Falha em componente eletrônico (placa).

3. Contratação de empresa para resolução.

4. As manutenções são realizadas sob demanda, por contratação pontual, sempre que necessário, dadas as especificidades do serviço necessário.

5. Julho de 2026.

6 e 7. A demanda da unidade tem sido direcionada para o Hospital Santa Bárbara, não havendo falta de realização de exames.

8. Foi identificado que os reparos contratados para o equipamento propiciam sua utilização por anos, sem necessidade de substituição.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



JOEL CARDOSO
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP

PROTOCOLO 05386/2026	CÂMARA MUNICIPAL DE S. BÁRBARA DOESTE	
	DATA: 06/07/2026 HORA: 10:20	
	Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 345/2026 Autoria: Secretaria Municipal de Governo	
	Assunto: Requer informações ao Poder Executivo Municipal acerca do equipamento de raio – X do Hospital	
	Chave: 4F286	